

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

székhelye: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-889526
adószáma: 22182827-2-41
bankszámlaszám: 11784009-20601098-00000000
képviseli: dr. Hertzka Péter főigazgató, mint megrendelő - a továbbiakban:
Megrendelő;

másrészről

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
cégjegyzékszám: 01-09-681552
adószáma: 11888048-2-43
bankszámlaszám: 13100007-02508590-00603480
Tel.: +36 1 463 9080,
Fax: +36 1 463 9081,
képviseli: Koncz Kornél (ügyvezető), Kovács-Bagi Tünde (más munkavállaló), mint szállító -
a továbbiakban: Szállító,
(a Szállító és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:


PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második része alapján **EKR001323672021** azonosítóval uniós értékhatárt meghaladó „nyílt” eljárást bonyolított le szemlencsék és tartozékaik beszerzésére; **K.É. 20660/2021. és TED 2021/S 207-540815** számon. Szállító 2021. november 16-án kelt ajánlatával részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1./ Szerződés tárgya:

- 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett Ajánlati felhívásban és Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett különféle szemlencse (a továbbiakban: áruk) adásvétele, a 3. sz. mellékletben megadott készülékek biztosítása, valamint a szemlencsék vonatkozásában a Megrendelő telephelyén kihelyezett raktár létrehozása. Az 1. sz. mellékletben meghatározott szerződéses mennyiség a Megrendelő várható éves igényeinek megfelelően a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban kibocsátott ajánlati felhívásban meghatározott mértékben felfelé vagy lefelé módosulhat a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozata(i)nak megfelelően.




- 1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a szerződés 1. számú melléklet leírásaiban szerepelnek.
- 1.3. A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége +/- 15 százalékkal eltérhet.

2./ Szerződéses érték:

- 2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg nettó **31.734.625,-HUF**, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás szerint tartalmazza az áruk, valamint az Szállító ajánlatában és a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 2.2. Az ajánlati árat a szerződéskötést követően 12 hónapig tartani kell, tehát ettől eltérni nem lehet. Azt követően - a szerződés meghosszabbítása esetén - egy alkalommal, legfeljebb a KSH által az előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció) mértékével lehetséges az áremelés.
A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3./ Fizetési mód:

- 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a tényleges felhasználások alapján, a Szállító által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szállítónak a BNP-Paribas Magyarországi fióktelephelyénél vezetett 13100007-02508590-00603480 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
Megrendelő rögzíti, hogy a Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Megrendelőnek átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételének napjától számítandó.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
- 3.2. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:
 - Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelembe esést követően a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a (min. 10.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft/nap).
 - Hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén a kötbér mértéke az érintett mennyiség ellenértékének 5%-a.A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás teljesítés esetén Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el.



4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító az árukat DDP a Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritáson, „a Megrendelő székhelyére költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.

4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk a kihelyezett raktárba történő leszállítására az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

- Raktár biztosítása: A szemlencséből megfelelő mértékű (3 hónapos) konszignációs raktárat kell biztosítani. Műtési napot (hétfő vagy szerda) követően a lejelentés alapján 48 órán belül fel kell tölteni a raktárat.

- Tárolás: A speciális tárolást (hűtés) igénylő szemészeti izolációs szettből Ajánlatkérő által megadott műtési előjegyzés szerinti mennyiséget - legkésőbb minden műtési nap előtti utolsó munkanapon 2 munkanappal előre történt megrendelés alapján – köteles Ajánlattevő Ajánlatkérő részére biztosítani.

4.3. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

4.4. Szállító köteles Megrendelő részére a szerződés teljes időtartamára a jelen szerződés 3.sz. mellékletében specifikált műszereket, azok összes tartozékával és Megrendelő részére leszállítani és telepíteni.

A szerződés érvényessége alatt ezen eszközök folyamatos karbantartásáról, szervizéről és működésképességéről – beleértve az összes tartozék, fogyó-kopó alkatrész folyamatos biztosítását – Szállító köteles gondoskodni saját költségére.

A készülékek leszállítására ellenérték felszámítása nélkül kerül sor. A készülékek tulajdonjoga nem száll át Megrendelőre, és Megrendelő csak a készülékek használatára jogosult azzal, hogy köteles az összes eszköz megóvásáról és rendeltetésszerű használatáról gondoskodni.

A fixen biztosítandó készülékeket Megrendelő jelen szerződés hatályának megszűnésekor – hacsak a felek másban nem állapodnak meg – köteles Szállító rendelkezésére bocsátani, aki a készülék elszállításáról saját költségére gondoskodik.

5./ Csomagolás:

5.1 Szállító a leszállítandó árut darabonként becsomagolva, és az egységcsomagokon a lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

- * megrendelő megnevezése: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
- * a doboz tartalma,
- * a szerződés száma,
- * dobozszám,
- * bruttó és nettó súly,
- * Szállítási cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17.





6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

- 6.1. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.
A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak csomagonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 5 munkanapon belül végzi el.
A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utanszállítással tartozik pótolni.
- 6.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.5 pontban foglaltak szerint leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvarszekőről történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét.
- 6.3. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.
Az árukat a raktárból a Megrendelő azok felhasználásakor vételezi ki. Megrendelő a konszignációs raktárból felhasznált szemlencséről faxon vagy e-mailben kéthetente jelentést küld Szállítónak, amely egyben a kiállításra kerülő számla alapját képezi.
A fenti elszámolás képezi a Szállító által, a jelen szerződés 3.1. pontja alapján kibocsátandó számla alapját.
Szállító 48 órán belül, a felhasznált és lejelentett szemlencsét visszapótolja a kihelyezett konszignációs raktárba. Szállító a jelen szerződés hatálya alatt fél évente egy alkalommal ellenőrzi a raktár összetételét.
- 6.4. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

7./ Szavatosság, garancia:

- 7.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő szemlencsék és szemészeti egyszer használatos izolációs-műtési szettek vonatkozásában 1 év sterilítási garanciát, a készülék vonatkozásában a szerződés érvényessége alatt teljeskörű garanciát köteles biztosítani saját költségére 24 órás rendelkezésre állási idővel az összes működéshez szükséges tartozék, fogyó-kopó alkatrész térítésmentes biztosításával.
- 7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, sterilítási követelményeket nem teljesíti és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére a következő legközelebbi műtési napra kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.
- 7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknel hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelte szavatossági előírások tartalmazzák.

8./ **Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:**

- 8.1. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
- 8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

9./ **Hatályba lépés:**

- 9.1. Jelen szerződés **2022. január 1.** napján lép hatályba és **minimum 12 hónapig, de legfeljebb 24 hónapig** marad érvényben.
- 9.2. A szerződés évfordulóját megelőző legkésőbb 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a Szállító teljesítését és szerződésszerű teljesítés, valamint kölcsönös elégedettség esetén a Felek közös akarattal a szerződést további legfeljebb 12 hónapra vagy ennél rövidebb időszakra meghosszabbíthatják.
- 9.3. Amennyiben bármelyik fél évforduló előtt a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, azt nem köteles indokokkal alátámasztani
- 9.4. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

10./ **Egyéb feltételek:**

- 10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. § feltételei szerint.
- 10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
- 10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 10.4. Jelen szerződés 1., 2., és 3. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, utak járhatatlansága, stb. robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
- 10.6. A Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha felügyeleti szervének, vagy a finanszírozójának döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő strukturális átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése a megrendelő részéről lehetetlenül, illetve az lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené.
- 10.7. A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdése, valamint 143. § (3) bekezdés szerinti rendelkezések:
- 10.7.1. Megrendelő kiköti, hogy
- a) a Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

af ar. hu keld 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 10.7.2. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.7.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Szállító társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

10.7.3. A 10.7.2. bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.7.4. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.


10.8. A Szállító teljesítésében a Kbt. 138. §-ban rögzítetteknek megfelelően vehet részt alvállalkozó. A Szállító minden alvállalkozójáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A Szállító köteles a bevinni kívánt alvállalkozókról az adatokat (alvállalkozó neve, címe, adószáma, elérhetősége, képviselőjének neve) a Megrendelőnek előzetesen bejelenteni. A Szállító a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Szállító nyilatkozik, hogy a bevinni kívánt alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, és 63. § (1) bek. c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.

11./ **Bíróság, alkalmazandó jog:**

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére – perértéktől függően - a felek a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar eljárási és anyagi jog szabályai az irányadók.

Budapest, 2021. december 15.



Szállító

Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Adószám: 11888048-2-43

6.



Megrendelő

1. Kerületi Egészségügyi Szolgálati Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1099 Budapest, Szegedi út 17.

1. sz. melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) aszférikus műlencse 250 db/év

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób Akrilát anyagú lencse, aszférikus optikával, lehetőleg kékfény szűréssel 250 db/év +/- 15 %

Termék megnevezése:	SN60WF Hidrofób Akrilát anyagú lencse, aszférikus optikával, kékfény szűréssel Írország		
Származási ország:			
Lencsével szemben támasztott követelmények	Súlyszám	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Egytestű (egy darabból készül)		Igen	Igen, egytestű
Optika átmérő		5,5 - 6,5 mm között	6.0 mm
Teljes átmérő		12,5 -13,5 mm közötti	13.0 mm
Optikai rész		UV szűrős	Igen, UV szűrős
Szemlencse Láb dőlésének szöge?		Kérjük megadni!	0°
Haptika jellege		Kérjük megadni!	Módosított „L”
Szemlencse dioptria tartománya?		Min. +10.0D - +30 D	+6.0D - +30.0D
Refraktív index		Min 1,52	1,55
Lencse kékfényszűrős	S=20	Igen/Nem	Igen, kékfényszűrős
aspherikus optika		Igen	Igen, aspherikus



2. Háromtestű, lehetőség szerint hidrofób akrilát alapanyagú (optika) mülencse 5 db/év

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Lehetőség szerint Hidrofób akrilát anyagú (optika) lencse, sulcusba is ültethető 5 db/év +/- 15 %

Termék megnevezése:	MA60AC Hidrofób akrilát anyagú (optika) lencse, sulcusba is ültethető		
Származási ország:	USA		
Lencsével szemben támasztott követelmények	Súlyszám	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Optika átmérő		5,5 -6,5 mm között	6.0 mm
Teljes átmérő		12,5 -13,5 mm közötti	13.0mm
Optikai rész		UV szűrős	Igen, UV szűrős
Szemlencse Láb dőlésének szöge?		Kérjük megadni	10°
Haptika jellege		Kérjük megadni!	Módosított „C”
Szemlencse dioptria tartománya?		Min. +15D - +30 D	+ 6.0D - + 30.0D
Refraktív index		Min 1,45	1,55







3. Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) tórikus műlencse 150 db/év

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób Akrilát anyagú tórikus aszférikus műlencse, lehetőleg kékfény szűréssel 150 db/év +/- 15 %

Termék megnevezése: Szarmazási ország:	SN6AT2-9 Hidrofób Akrilát anyagú tórikus aszférikus műlencse, kékfény szűréssel USA		
Lencsével szemben támasztott követelmények	Súlyszám	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Egytestű (egy darabból készül)		Igen	Igen
Optika átmérő		5,5 - 6,5 mm között	6.0 mm
Teljes átmérő		12,5 -13,5 mm közötti	13.0 mm
Optikai rész		UV szűrős	Igen, UV szűrős
Szemlencse Láb dőlésének szöge?		Kérjük megadni!	0°
Haptika jellege		Kérjük megadni!	Módosított „L”
Szemlencse dioptria tartománya?		Min. +06.0D - +34.0 D (30.0D és 34.0D között 1.0D lépésekben)	+6.0D - +34.0D (+30.0D és +34.0D között 1.0D lépésekben)
Refraktív index		Min 1,52	1,55
Lencse kékfényszűrős aspherikus optika	S = 20	Igen/Nem	Igen kékfényszűrős
Toricitási tartomány a szemlencse síkjában		Igen	Igen, asphericus optika
		min. 1.0D - 6.0D	1.0D – 6.0D




4. Szemészeti egyszerűhasználatos izolációs-műteti szett: 405 db / év


Általános követelmények:

- Biztonságos csomagolás

igen

Szemészeti egyszerűhasználatos izolációs-műteti szett 405 db/év +/- 15 %

Termék megnevezése:	C19115 Szemészeti egyszerűhasználatos izolációs-műteti szett	
Származási ország:	Belgium	
A műteti szett tartalmával szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Műszerelő asztal takaró min. 110x110 cm, nagyobb ajánlható	Igen	Igen, 140x140 cm
Beteg izoláló drapéria, folyadékgyűjtő zacskóval min. 100x120 cm	Igen	Igen, 100 x 120 cm
Phaco asztal izoláló min.50x70 cm	Igen	Igen, 55x105 cm
Incíziós kés 15°-os	Igen	Igen, 15°-os
Sebkészítő kés 2,75 v. 2,8 mm-es, Clear Cornea sebkészítéshez	Igen	Igen, 2,75 mm-es
Irrigáló hydrodissector kanula 27G 2 db	Igen	Igen
Műtősköpeny L-XL méret 2 dg	Igen	Igen
Karfavédő 2 db	Igen	Igen, 2 db
Fecskendő 2 ml 2 részes 2 db	Igen	Igen, 2 db
Fecskendő 5 ml 2 részes 2 db	Igen	Igen, 2 db
Vattás pálca 20 cm, 2 db	Igen	Igen, 2 db
Folyadékgyűjtő pohár min 60 cm ³	Igen	Igen, 60 cm ³
Szemkagyló, műanyag, átlátszó	Igen	Igen
Szemtakaró, ovál	Igen	Igen
Kötszer, 8 rétegű, 5x5 cm, 5 db	Igen	Igen
Szivarka törölő 10 db	Igen	Igen
Felszívó tű 18 G	Igen	Igen
Phaco készülékhez egyszerűhasználatos csővezeték, vagy kazetta	Igen	Igen, egyszerűhasználatos folyadékgyűjtő kazetta
Steril csomagon kívüli tartozékok:	Igen	Igen
BSS oldat műtétenként min 250 ml	Igen	Igen, műtétenként 250 ml
Viszkoelasztikus anyag műtétenként min. 0,5 ml	Igen	Igen, 0,55 ml
Injektor cartridge	Igen	Igen



2. sz. melléklet

Megnevezés	Várható ÉVES mennyiség	Menny. egység	Nettó egységár (1 db, ill. 1 szett egységre, nettó Ft- ban)	Összesen ár (nettó Ft-ban)
Szemlencsék és tartozékaik /éves mennyiség/				
Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) aszférikus műlencse	250	db	41 715	10 428 750
Háromtestű, lehetőség szerint hidrofób akrilát alapanyagú (optika) műlencse	5	db	27 830	139 150
Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) tórikus műlencse	150	db	68 900	10 335 000
Szemészeti egyszer használatos izolációs-műtési szett	405	db	26 745	10 831 725
Összesen				31 734 625

a *S. An* *600* 

EB *Al*

3. sz. melléklet

Szerződés érvényessége alatt fixen telepítendő műszerek, eszközök specifikációja:**1.) Mikrosebészeti operációs szék kartámasszal 1 db**

Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!

Előírt paraméterek	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Típusa	Kérjük megadni	Uri-Foot
Gyártója	Kérjük megadni	Rini Ergotechnik AG
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	344-1181-19414
Elektromos vagy gázrugós magasságállítással	Igen	Igen
Két darab párnázott kartámasszal, melynek állítható a magassága, dőlése, pozíciója	Igen	Igen
Lábak fesztávolsága (a lehető legkisebb legyen)	Kérjük megadni!	56 cm
Gördíthető	Igen	Igen

2.) Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek 1 készlet az alábbi összeállításban

Előírt paraméterek	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
Típusa	Kérjük megadni	Janach
Gyártója	Kérjük megadni	Janach
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	CE 68334
Spekulum (szemhéjterpesztő) normál, 6 db	Igen	Igen
Spekulum (szemhéjterpesztő) erős, 1 db	Igen	Igen
Capsulorrhexis csipesz, hajlított, 6 db	Igen	Igen
Chopper magdaraboláshoz, 6 db	Igen	Igen
Mikro-spatula, max. 0,5 mm vastag, 6 db	Igen	Igen
Lencseforgató Y végződéssel 1 db	Igen	Igen
Mikro-kolibri csipesz platformmal, 1 db	Igen	Igen
Szemészeti olló inciziós fóliához, 6 db	Igen	Igen
Szemlencsetartó csipesz 6 db	Igen	Igen
Cornea olló 1 db	Igen	Igen
Intraokularis olló (kapsulotomiás) 1 db	Igen	Igen
Csomózó csipesz, hajlított 1 db	Igen	Igen
Csomózó csipesz, egyenes, 1 db	Igen	Igen
Tűfogó, hajlított, mikrosebészeti 1 db	Igen	Igen
Hajlított kanula tokpolírozáshoz 1 db	Igen	Igen
Horog lencse manipulációhoz 1 db	Igen	Igen

Összehajtó csipesz lencséhez 1 db (amennyiben a lencse csomagolása nem tartalmazza)	Igen	Igen
Implantációs csipesz akril lencséhez 1 db	Igen	Igen
Sterilizáló doboz 6 db	Igen	Igen
Diathermiás szett 1 db, a Phaco készülékhez megfelelő	Igen	Igen

3.) Ultrahangos mosó berendezés 1 db

Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Típusa	Kérjük megadni	Branson 3510
Gyártója	Kérjük megadni	Branson
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	2220390617
Min. 5 liter úrtartalom	Igen	Igen
Műszer mosó kosárral	Igen	Igen

4.) Phacoemulsificatio készülék 1 db

Új vagy demo készülék ajánlható!

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Típusa	Kérjük megadni	Infiniti Vision System
Gyártója	Kérjük megadni	Alcon
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	G1 020895 0393
Venturi vagy perisztaltikus üzemmódú pumparendszerű készülék	Kérjük megadni	perisztaltikus
Gyári új vagy demo készülék	Igen	igen
Az összes beállítás egyedileg programozható, min 15 memória hely	Igen	igen
Rendelkezzen:		
- Bipoláris diatermiával	Igen	igen
- Ultrahanggal (phaco)	Igen	igen
- Pneumatikus vitrectomiával	Igen	igen
- Állítható magasságállítású infúzió tartóval	Igen	igen
- Gördíthető készülékkocsival	Igen	igen
- Érintő képernyős állítási lehetőséggel	Igen, min 30 cm átmérő	Igen, 38 cm
Torziós üzemmód választási lehetősége	Igen/nem Súlyszám: 10	igen
Lámpedál:		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- Három irányú lineáris üzemmód, vagy ezzel egyenértékű egyéb műszaki megoldás	Igen, Kérjük megadni	Egyirányú lineáris, funkcióiban egyenértékű (A készülék rendelkezik a lencsét alacsonyabb vákuum mellett is biztosan tartó phaco rendszerrel és a csarnok stabilitását biztosító kiegészítő rendszerrel is)
- Cseppmentes kivitel	Igen	igen
Vákuum tartomány: szélessége?	Min.1 – 550 Hgmm, Kérjük megadni!	0-650 Hgmm
Aspirációs ráta	min. 1-50 ccm/perc, Kérjük megadni!	0-60 cm ³ /perc
Phaco:		
- Frekvencia tartománya	Kérjük megadni	32 000/40 000 Hz
- Energia takarékos üzemmód	Állítható pulzáció	igen
- Fókuszált ultrahang csúcs	Igen	igen
Vitrektómia:		
- pneumatikus üzemmódban	Igen	igen
A készülékhez biztosítandó:		
- Az első 300 műtéthez szükséges gépspecifikus fogyóanyagok, kiegészítő tartozékok, úgy mint pl. tesztkamra, öblítő hüvely, szorító kulcs, csővezetékek	Igen	igen
- Diatermiás kábel és csipesz	1 db	Igen, 1 db

**5.) Phacoemulsificatio készülék, új vagy demo
összesen 6 szett**

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Phacoemulsificatio szett részei:		
Phaco kézidarab, 1 db normál és 1 db fókuszált phaco csúcs, szorítókulcs, tesztkamra, öblítő hüvely, 45°-ban hajlított szívó-öblítő fej, a szükséges kábelezés, csővezetékek	igen, kérjük megadni!	Igen Phaco kézidarab, 1 db normál és 1 db fókuszált phaco csúcs, szorítókulcs, tesztkamra, öblítő hüvely, 45°-ban hajlított szívó-öblítő fej, a szükséges kábelezés, csővezetékek





6.) Szemészeti operációs mikroszkóp 1 db

Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!

Alap kiépítés	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Típusa	Kérjük megadni	M620
Gyártója	Kérjük megadni	Leica-Microsystems AG
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	32040610232
Szemészeti operációs mikroszkóp		
- X-Y kuplunggal	Igen	igen
- Motoros fókusszal	Min. 50 mm úthosszal	50 mm
- Videó feltétellel (fényosztó, csatolólinca, videokamera)	Igen	igen
-Dönthető oculár	Igen	igen
- Cseppmentes lábpedállal	Igen	igen
Asszisztens tubussal, koaxiális fényvel	Igen	igen
Fókusz távolság 200 mm	Igen	igen
Nagyítás	Min 4,2x-20x	igen
Beépített állandó UV és hőelnyelő szűrő	Igen	igen
Cseppmentes lábpedál	Igen	igen
- X-Y kuplung kezelése	Igen	igen
- Fókusz kezelése	Igen	igen
- Sterilizálható borítókészlet mikroszkópra	Igen, 3 szett	Igen, 3 szett
- A 2. kar hossza	Min. 550 mm	Igen, 550mm
- Talpméret (a lehető legkisebb)	Kérjük megadni	640x640 mm
Érintőképernyős vezérlési lehetőség	igen	igen


7.) Biometriás értékeket mérő, referencia képet készítő és használó, speciális műlencsék tervezését és beültetését segítő, mikroszkóphoz csatlakoztatható eszközkészlet - új vagy demo 1 db

Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Típus	Kérjük megadni	VERION™ Image Guided System
Gyártó	Kérjük megadni	WaveLight GmbH
CE tanúsítvány száma	Kérjük megadni	HD 60129850 0001
Referencia kép készítés	Igen	Igen
Mikroszkóphoz csatlakoztatható	Igen	Igen
Műteti eredmények kezelése, optimalizálás	Igen	Igen
Üzem módok:		
Érintő képernyős állítási lehetőség	Igen	Igen

Handwritten signatures and initials:





-	Seb pozíciók jelölése	Igen	Igen
-	Rhexis jelölés	Igen	Igen
-	Műlencse centrálás	Igen	Igen
-	Műlencse szög beállítás	Igen	Igen
-	Műtét utáni képkészítés	Igen	Igen

8.) Optikai biométer és intraokuláris lencse tervező berendezés - 1 db		
Új vagy demo készülék ajánlható!		
Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Megajánlott termék típusa:		Lenstar® LS900® Pro
Gyártó:		Haag-Streit AG, Svájc
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás és CE tanúsítvány száma:		IIa, 35228 CE 1250
Szerviz neve, elérhetősége:		Vitreus Orvostechnikai Kft. (1094 Budapest, Liliom utca 52. I. emelet 8.; telefon : (1) 455-0622)
Mérési tartományok		
Szemtengely hosszúság	min. 15 - 32 mm	14 mm-től 32 mm-ig
Szaruhártya görbületi sugár	5 - 10 mm	5 mm-től 10,5 mm-ig
Keratometria szög	0 - 180°	0° - 180°
Elülső csarnok mélység	1,5 - 6 mm	1,5 mm-től 6,5 mm-ig
Lencse vastagság	1 - 6 mm	0,5 mm-től 6,5 mm-ig
Központi szaruhártya vastagság	0,3 - 0,75 mm	0,3 mm-től 0,8 mm-ig
Fehértől fehérig távolság	7 - 16 mm	7 mm-től 16 mm-ig
Pupilla átmérő	2 - 10 mm	2 mm-től 13 mm-ig
Mérési felbontások		
Szemtengely hosszúság	0,01 mm	0,01 mm
Szaruhártya görbületi sugár	0,01 mm	0,01 mm
Keratometria szög	1°	1°
Elülső csarnok mélység	0,01 mm	0,01 mm
Lencse vastagság	0,01 mm	0,01 mm
Központi szaruhártya vastagság	1 µm	1 µm
Fehértől fehérig távolság	0,01 mm	0,01 mm
Pupilla átmérő	0,01 mm	0,01 mm
IOL számítási képletek és tárolt állandók	SRK®/T, SRK® II, Holladay 1, Hoffer® Q, Haigis, Barrett Universal II, Barrett Toric posztrefraktív (Haigis-L vagy	SRK®/T, SRK® II, Holladay 1, Hoffer® Q, Haigis, Barrett Universal II, Barrett Toric, posztrefraktív Barrett True-K és Shammas No History, Olsen, Masket, módosított Masket, Hill-RBF, Hill-RBF/Abulafia Toric



	Barrett True-K vagy Shammas No History), Olsen vagy Holladay 2	
Biometria		
Mérési görbék markereinek egyedi módosítása	Igen	Igen
Számítás ultrahangos mérési paraméterek alapján is	Igen	Igen
Legalább opcionálisan tórikus lencse számítás	Igen	Igen
Műtéti tervező		
Seb méret és hely, relaxációs incízió méret és hely, tórikus lencse tengely	Igen	Igen
Csatlakoztathatóság számítógépes szürkehályog sebészeti rendszerhez	Igen	Igen
Nagy méretű színes kijelző, nagy teljesítményű számítógép USB és Ethernet csatlakozásokkal (hálózati csatlakozás elektronikus páciens adatbázis kezelőhöz (EMR), több munkaállomáshoz, számítógépes szürkehályog sebészeti rendszerhez vagy DICOM számára), felhasználóbarát kezelőfelület	Igen	Igen, nagy méretű színes kijelző, nagy teljesítményű számítógép USB és Ethernet csatlakozásokkal (hálózati csatlakozás elektronikus páciens adatbázis kezelőhöz (EMR), több munkaállomáshoz, számítógépes szürkehályog sebészeti rendszerhez vagy DICOM számára), felhasználóbarát magyar nyelvű kezelőfelület

9.) OCT készülék - 1 db		
Új vagy demo készülék ajánlható!		
Előírt paraméterek	Minimum követelmény	Ajánlattevő válasza
Megajánlott termék típusa:		RS-330 DUO FAF
Gyártó:		NIDEK CO.Ltd.
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás és CE tanúsítvány száma:		DOCRS-330EU04
Szerviz neve, elérhetősége:		Argus Optik Kft. 1182 Budapest, Lászlófalva u .6 Tel: 06 1 297 4621
Komplex berendezés a retina vizsgálatára, OCT és funduskamera egy készülékben,	Igen	Igen
Automatikus 3 dimenziós szemkövetés, auto- fókusz és automatikus exponálás	Igen	Igen

funkciók		
Nagyfelbontású spectral domain OCT normatív adatbázissal és egy 12MPixeles non-myd funduskamera egyben	Igen	Igen
Funduskamera FAF (Fundus AutoFluorescencia) kiegészítéssel	Igen, megléte kötelező	Igen
OCT:		
Szkennelési hullámhossz: 860 - 890 nm között	Igen, kérjük megadni	Igen, szkennelési hullámhossz: 880 m
Szkennelési sebesség: min. 52000 A-scan / sec	Igen megléte kötelező	Igen, szkennelési sebesség: max 53000 A-scan/sec
3D képalkotás időtartama: 1.6 sec	Igen Kérjük megadni	Igen, 3D képalkotás időtartama: 1.6 sec
OCT felbontása: Z: Optikailag: 7µm / digitálisan 4 µm illetve X-Y: Optikailag: 20µm / digitálisan 3 µm	Igen	Igen, OCT felbontása: Z: Optikailag: 7µm / digitálisan 4 µm illetve X-Y: Optikailag: 20µm / digitálisan 3 µm
Szkennelt terület méretei: X: 3mm ... 12mm Y: 3mm ... 9mm Z: 2.1mm	Igen	Igen, szkennelt terület méretei: X: 3mm ... 12mm Y: 3mm ... 9mm Z: 2.1mm
Normatív adatbázis területének mérete: 9x9mm	Igen	Igen, normatív adatbázis területének mérete: 9x9mm
8 különböző retina szkennelési minta	Igen	Igen, 8 különböző retina szkennelési minta
OCT látómező: 40°x30°	Igen	Igen, OCT látómező: 40°x 30°
Minimális pupillaátmérő: 2.5 mm	Igen, kérjük megadni	Igen, minimális pupillaátmérő: 2.5 mm
Szoftveres analízis: retinális rétegek szegmentálása Macula vastagsági térkép Idegrost réteg vastagsági térkép Egyéb analizáló és progresszió követő programok	Igen	Igen, szoftveres analízis: retinális rétegek szegmentálása Macula vastagsági térkép Idegrost réteg vastagsági térkép Egyéb analizáló és progresszió követő programok
En Face OCT különböző offset értékekkel a részletesebb diagnosztika érdekében Vastagsági térkép (ILM – RPE/BM) En face (IPL / INL eltolás: +121 µm, Vastagság: 42 µm) B-scan kép En face (ILM eltolás: 0 µm, Vastagság: 42 µm) En face (IPL / INL eltolás: +21 µm, Vastagság: 42 µm) En face (RPE / BM eltolás: -41 µm, Vastagság: 42 µm) En face (RPE / BM eltolás: 0µm, Vastagság: 125 µm)	Igen	Igen, En Face OCT különböző offset értékekkel a részletesebb diagnosztika érdekében. Vastagsági térkép (ILM – RPE/BM) En face (IPL / INL eltolás: +121 µm, Vastagság: 42 µm) B-scan kép En face (ILM eltolás: 0 µm, Vastagság: 42 µm) En face (IPL / INL eltolás: +21 µm, Vastagság: 42 µm) En face (RPE / BM eltolás: -41 µm, Vastagság: 42 µm) En face (RPE / BM eltolás: 0µm, Vastagság: 125 µm)






Funduskamera		
Beépített felbontású színes funduskamera min.10 mPixel	Igen	Igen, beépített, 12Mpixel felbontású színes funduskamera
Látómező: 45°	Igen	Igen, látómező: 45°
Minimális pupillaátmérő: 4 mm normal felvételhez	Igen	Igen, minimális pupillaátmérő 4 mm normal felvételhez
Szűkpupillás felvételi mód 3.3mm-nél átmérőnél legalább 33°-os látómezővel	Igen	Igen, szűkpupillás felvételi mód 3.3mm átmérőhöz 33°-os látómezővel
Egyéb funduskamera funkciók: panorámafotó, sztereofotó	Igen	Igen, további funduskamera funkciók: panorámafotó, sztereofotó
Egyéb adatok:		
Dioptria kompenzációs tartomány: min.-32D ...+34D	Igen, megléte kötelező	Igen, dioptria kompenzációs tartomány: - 33D ~ + 35D
Színes, dönthető képernyő: 8.1 - 8.7 coll között	Igen	Igen, 8.4" színes dönthető érintőképernyő
Elülső szegmentum OCT bővítési lehetőség kétféle szkennelési mintával	Igen	Igen, elülső szegmentum OCT bővítési lehetőség kétféle szkennelési mintával
Tartozék: külső PC adattároláshoz és feldolgozáshoz	Igen	Igen, külső PC adattároláshoz és feldolgozáshoz
Motoros készülékasztal	Igen	Igen, motoros magasságállítású készülékasztal

[Handwritten signature]